

---

**RITIRO LOTTI PRODOTTI CONVATEC ESTEEM BODY**

---

Si informano i Sig.ri Farmacisti che la ditta CONVATEC ITALIA SRL dispone il **RITIRO LOTTI** dei seguenti prodotti

**987652423 ESTEEM BODY FO AP 4MM OP10-35**

**LOTTO RITIRATO:**

**N. 5J02728**

**987652435 ESTEEM BODY FO AP 4MM OP10-45**

**LOTTI RITIRATI:**

**N. 5K00011**

**N. 5K00714**

**N. 5K05142**

**N. 5K05417**

**N. 5K05418**

**987652447 ESTEEM BODY FO AP 4MM OP10-55**

**LOTTO RITIRATO:**

**N. 5K04906**

**987652450 ESTEEM BODY FO AP 4MM TR10-55**

**LOTTO RITIRATO:**

**N. 5M02908**

**987652474 ESTEEM BODY FO AP 7MM OP10-35**

**LOTTO RITIRATO:**

**N. 5J03908**

**MOTIVO DEL RITIRO:** difetto di produzione nella parte terminale della sacca.